



DENNÁ STAROSTLIVOSŤ A POUŽÍVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK FIRMY ATOS URČENÝCH PRE PACIENTOV PO LARYNGEKTÓMII

VŠEOBECNÉ POKYNY



ÁNO:

- voda, minerálka, kola
- jogurty, mliečne výrobky
- kaša, nutričná strava
- po nevyhnutnej rehabilitácii podľa pokynov lekára, bežná strava



NIE:

- alkohol
- fajčenie
- kyslé jedlá a nápoje
- zrnková káva
- kečup, horčica

DENNÁ STAROSTLIVOSŤ :

1. Odstránim HME filter a vyhodím ho do koša (slúži iba na 24 hodín).
2. Odstránim náplasť a vyhodím ju do koša (náplasť, ktorá je na 24 hodín takto vyhodím každý deň a náplasť, ktorá je na 48 hodín, každý druhý deň).
3. V prípade, že mám zavedenú kanylu, vyberiem ju a prepláchnutím s pomocou kefky priloženej ku kanyle ju vyčistím.
4. V prípade, že mám zavedenú hlasovú protézku, vyčistím ju s pomocou kefky priloženej ku protézke a prepláchnem ju pomocou balónika alebo striekačky.

BODY 3 a 4 JE NAJVHODNEJŠIE VYKONÁVAŤ PO KAŽDOM JEDLE.

Správne čistenie protézky predlžuje jej životnosť a zabraňuje pretekaniu.

5. Ošetrím si pokožku na mieste, kde bola stará náplasť, pomocou dermálneho krému bežne dostupného v lekární a nechám pôsobiť. Doba pôsobenia podľa individuálnej potreby.
6. Vysušením pokožky pomocou liehu, Alpy, alebo iných dostupných prostriedkov si pripravím miesto na nalepenie novej náplaste.
7. Náplasť nalepím tak, aby pokožka bola napnutá a medzi pokožkou a náplasťou nevznikali vzduchové medzery, ktoré by zapríčinili únik vzduchu a zníženie tlaku potrebného pre rozprávanie.
8. Založím si nový filter HME, vyskúšam jeho tesnosť a som pripravený/á na nový deň.



POZOR NA MOŽNÉ RIZIKÁ!



- **NEODPORÚČA SA** plávanie (je veľká pravdepodobnosť utopenia)
- je nutné sa chrániť aj pri sprchovaní pomocou pomôcok proti zatečeniu - kat.č. 7260 Shower Aid
- **POZOR** na nebezpečné plyny a výpary - kvôli prvotnej strate čuchu ich nemusíte cítiť
- keďže nesmiete smrkať, je nutné dávať pozor aj pri kýchaní a nádche

JE DÔLEŽITÉ, ABY STE POMÔCKY NEMODIFIKOVALI, NEKOMBINOVALI S INÝMI VÝROBKAMI

OD INÝCH VÝROBCOV A POUŽÍVALI ICH LEN POČAS DOBY, NA KTORÚ SÚ URČENÉ.

Len takto môže byť zaručené správne fungovanie pomôcok a tým aj plnohodnotný život pre Vás!



PREPLÁCANÉ ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY FIRMY ATOS A ICH MNOŽSTEVNÉ LIMITY

HLASOVÉ PROTÉZY:

Katégorie	Kód ŠUKL Kód ŠZM	Typ hlasovej protézy	Popis	Dodávané množstvo	DPH	Doplatok pacienta	Predpisuje	Množstevný limit
K9.9.1	K85592 X01806	PROVOX VEGA hlasová protéza so zavádzačom	s príslušenstvom	ks	10%	0,00 €	ORL	2 x za rok

KANYLY:

Katégorie	Kód ŠUKL Kód ŠZM	Typ kanyly	Popis	Dodávané množstvo	DPH	Doplatok pacienta	Predpisuje	Množstevný limit
K9.9.1	K68988 X01807	PROVOX kanyla	Príslušenstvo: kefka, držiak kanyly	ks	20%	0,00 €	ORL	2 x za rok
Katégorie	Kód ŠUKL Kód ŠZM	Tracheostomické kanyly, kovové	Popis	Dodávané množstvo	DPH	Doplatok pacienta	Predpisuje	Množstevný limit
K9.9.2	K88659 X01808	typ LUER typ CHEVALIER - JACKSON	priemery: 4- 13mm, dĺžka 45- 90mm, štandardná, celokovová, zliatina striebro - nikel	ks	20%	0,00 €	CHI, ORL, ZP, TRN	1 x za 5 rokov

HME FILTRE (výmenníky tepla a vlhkosti)

Katégorie	Kód ŠUKL	Príslušenstvo ostatné	Popis	Dodávané množstvo	DPH	Doplatok pacienta	Predpisuje	Množstevný limit
K9.9.1.1	K81556	PROVOX HME systém	tracheostomický filter výmenný, 30ks	balenie	10%	0,00 €	ORL	1 x za mesiac

NÁPLASTE KU HME FILTROM

Katégorie	Kód ŠUKL	Príslušenstvo ostatné	Popis	Dodávané množstvo	DPH	Doplatok pacienta	Predpisuje	Množstevný limit
K9.9.1.2	K89534	PROVOX náplaste FlexiDerm, použitie 1 náplaste na 28 hodín	Náplasť pre používanie HME filtrov, 20ks	balenie	10%	0,00 €	ORL	1x za 2 mesiace
K9.9.1.2	K89534	PROVOX náplaste StabiliBase, použitie 1 náplaste na 45 hodín	Náplasť pre používanie HME filtrov, 15ks	balenie	10%	0,00 €	ORL	1x za 2 mesiace

ĎALŠIE INFORMÁCIE A MATERIÁLY NÁJDETE:

www.atosmedical.com

www.radix.sk

www.rakovinahrtana.sk

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ.

R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, radix@radix.sk

kontaktná osoba: Vladimír Futák, futak@radix.sk, 0908 915 880